



Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

I. Zamawiający:

PRZYCHODNIA NA BIUSKUPINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karola Olszewskiego 21

51-642 Wrocław

NIP: 8981967880

II. Kody CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne

33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności fizjologicznych lub parametrów życiowych

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

33167000-8 Lampy chirurgiczne

33192200-4 Stoły medyczne

33163100-0 Wózki inwalidzkie

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

Zadanie nr 1 – Zakup analizatora składu ciała (1 szt.)

Zadanie nr 2 – Zakup aparatu USG (mobilny) (1 szt.)

Zadanie nr 3 – Zakup i montaż lampy bezcieniowej (1szt.)

Zadanie nr 4 – Zakup stołu zabiegowego regulowanego elektrycznie (1 szt.)

Zadanie nr 5 – Zakup wózka inwalidzkiego (1 szt.)

2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Nie posiadać żadnych śladów użytkowania. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia oraz Umową i gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności i zakupów przez Zamawiającego.



3. Przez „fabrycznie nowy” należy rozumieć wytworzony środek trwały, który nie był używany przed jego nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Przedmiot dostawy, ani żadna jego część nie może być rekondycjonowana.
4. Musi posiadać wszystkie konieczne dopuszczenia, atesty i certyfikaty (wymagane przepisami prawa). Urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat CE deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 poz. 1620).

IV. Specyfikacja Techniczna

Zadanie nr 1 – Zakup analizatora składu ciała (1szt.):

Zakup analizatora składu ciała, który pozwoli na dokładną ocenę proporcji ciała, w tym zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody i innych składników organizmu. Urządzenie umożliwi monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, szczególnie w kontekście kontrolowania otyłości analizy stanu odżywiania oraz oceny ryzyka chorób metabolicznych. Analizator składu ciała musi być wyposażony w nowoczesną technologię, zapewnić precyzyjne pomiary, które będą pomocne w diagnostyce jak i w monitorowaniu postępów leczenia lub pomiarów dietetycznych. Urządzenie musi być łatwe w obsłudze i przeznaczone do użytku w placówkach medycznych, zapewniając szybki i komfortowy proces pomiaru. Wyniki pomiaru muszą być dostępne natychmiastowo i musi posiadać możliwość zapisywania w systemie HIS.

Zadanie nr 2 – Zakup aparatu USG (mobilny) (1 szt.)

Zakup mobilnego aparatu USG konsolowego zgodnego ze Standardami Dostępności:

Kompakt na wózku;

- łatwe przemieszczenie pomiędzy gabinetami;
- Ergonomia – regulowany pulpit i ramie monitora;
- Intuicyjna obsługa – ekran dotykowy panel/klawiatura;
- Czytelne menu;
- Monitor diagnostyczny nie mniejszy niż 21,5;
- Ekran dotykowy nie mniejszy niż 10;
- Zasilanie bateryjne – praca bez stałego zasilania ok. 2h;
- Minimum 3 aktywne porty głowic;
- Głowice: convex, liniowa i dodatkowo (np. microconvex lub endokawitarna) oraz możliwość doboru głowic pediatrycznych;
- Tryby: B, M, Color/Power Doppler;
- Doppler sektralny;
- Archiwizacja/komunikacja Dicom;



- Możliwość wydruku (wideoprinter);
- Zastosowanie AOS: otolaryngologia, ortopedia, pediatria;
- Dobór głowicy bez przemieszczania pacjenta

Zadanie nr 3 – Zakup i montaż lampy bezcieniowej (podwieszanej) (1szt.)

Zakup i montaż lampy bezcieniowej LED do gabinetu zabiegowego (wariant ścienny lub sufitowy) wraz z osprzętowaniem. Urządzenie zapewni jednorodne oświetlenie pola zabiegowego o wysokich parametrach:

- Regulowane natężenie światła od 65-130 tys. lx z 1m;
- Regulacja temperatury barwienia 3800-4800 K;
- Regulacja pola roboczego;
- Wysoki współczynnik oddawania barw;
- Sterylna rączka;
- Panel sterowania;
- Źródło światła LED;

Zadanie nr 4 – Zakup stołu zabiegowego regulowanego elektrycznie (1 szt.)

Zakup stołu zabiegowego mobilnego z elektryczną regulacją wysokości i pozycjonowania, przeznaczony do badań i drobnych procedur ambulatoryjnych

- Stabilna stalowa konstrukcja;
- Podstawa na kółkach (antystatycznych) z blokadą;
- Regulacja elektryczna z pilotem i sterowaniem nożnym;
- Bezszwowe poszycie łatwe do mycia i dezynfekcji;
- Regulowany zagłówek i podnózek;
- Udźwig (minimum 200 kg);
- Zakres wysokości umożliwiający transfer z wózka;
- Możliwość ustawienia pozycji leżącej i siedzącej;
- Uchwyt lub barierki umożliwiające stabilizację pacjenta;

Zadanie nr 5 – Zakup wózka inwalidzkiego (1 szt.)

Zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego do obsługi pacjentów z ograniczoną mobilnością. Wózek będzie wykorzystywany do dowozu pacjentów od wejścia/rejestracji do gabinetów i pracowni, w tym osób ruszających się na wózkach, o obniżonej sprawności i seniorów.

- Regulowane siedzisko, opacie i podnózek;
- Pas zabezpieczający;



- Hamulce elektromagnetyczny;
- Oświetlenie LED;
- Udźwig 120-136 kg;
- Zasięg baterii ok. 25km;
- Łatwo demontowane akumulatory;
- Promień skrętu 96-115 cm i przeszkoda 9 cm ułatwiające manewry w korytarzach;

V. Gwarancja

1. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi minimum 24 miesiące.
2. W okresie gwarancji Wykonawca bezpłatnie wykona wszystkie przeglądy zalecane przez producenta.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis dostarczonego sprzętu.
4. W momencie dostawy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne dostarczanego urządzenia.

VI. Miejsce dostawy

Siedziba Zamawiającego określona w rozdziale I Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dokładne miejsce rozłożenia i montażu urządzenia w siedzibie Zamawiającego zostanie określone w dniu dostawy.

VII. Dodatkowe informacje

1. Wykonawca ponosi całkowity koszt dostawy i montażu urządzenia.
2. Wykonawca ponosi całkowity koszt konfiguracji systemu sprzętu. (Dotyczy sprzętu, który wymaga konfiguracji).
3. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy instrukcję w języku polski.
4. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi instruktaż personelu. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony.
5. W trakcie dostawy, wniesienia i montażu sprzętu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczany sprzęt.
6. Wykonawca zapewni protokół odbioru dostarczanego sprzętu.
7. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni dostęp do części zamiennych dla dostarczonego sprzętu.